



T.C. Sağlık Bakanlığı
KURUMSAL KALİBRASYON MERKEZİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME ve BAKIM ON. TEKNİK ŞARTNAME FORMU



BÖLÜM: TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM MERKEZİ

NO:1

ULTRASON BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

1. GE marka LOGIQ Book XP model cihazın arızası giderilecek.
2. Cihaz açılmamaktadır. Bu arıza giderilecek.
3. Eğer parça gerekiyorsa firma tarafından karşılanacaktır.
4. Değişecek parça orijinal ve en az mevcut parça değerlerinde olmalı.
5. Onarım sonrası cihaz 5 iş günü denemeye alınacak ve sorun olmadığı takdirde iş bitmiş sayılacak.
6. Yapılan bakım onarım ve kullanılacak parçalar 1 yıl garantili olacak.
7. Tüm kargo ücretleri firmaya ait olacak.

NOT: Bakım onarım hakkında bilgi almak için Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Merkezine
(444 99 65 Dahili: 23209) başvurulabilir

SBÜ Van Eğt. ve Ars. Hast.
Mustafa KARIMAN
Klinik Müh. Hizmetleri
Birim Sorumlusu
Sicil No: MM65168

Van İl. Eğt. ve Ars. Hast.
Alper BOZAN
Elektronik ve Haberleşme Müh.
Sicil No:MM36295